

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号：825MDW

使用期限：2027年1月

測定機器：全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA PIVKA-II	レベル I	50	～	76
	レベル II	216	～	324