

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 827MAX

使用期限 : 2027年11月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA PIVKA-II	レベル I	44	~	66
	レベル II	187	~	281