

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限 : 2028年2月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA KL-6	レベル I	270	~	404
	レベル II	687	~	1031