Ver. PKQC-SPVK-001

エイテストコントロールセット　参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 829MJX　　使用期限　:　2028年7月

測定機器: 全自動臨床検査システム　STACIA

（単位:mAU/mL）

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA PIVKA-Ⅱ	レベルⅠ	50	～	74
	レベルⅡ	212	～	318