Ver. PKQC-SKL6-001

エイテストコントロールセット　参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 829MJX　　使用期限　:　2028年7月

測定機器: 全自動臨床検査システム　STACIA

（単位:U/mL）

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA KL-6	レベルⅠ	273	～	409
	レベルⅡ	702	～	1052